

仕 様 書

自動心臓マッサージ装置 一式

令和7年2月

富山県済生会高岡病院

調達物品仕様書

富山県済生会高岡病院
管財・調達課

1 物品名 自動心臓マッサージ装置 一式

2 納入場所 富山県済生会高岡病院

3 納入期限 令和7年3月31日(月)

4 仕様内容

(1) 数量 1式

(2) 構成内容(性能、機能に関する要件)

1 自動心臓マッサージ装置

1-1 自動心臓マッサージ装置は以下の要件を満たすこと

1-1-1 限られた空間でも医療処置が出来るよう 360 度フレキシブルアーム設計であること。

1-1-2 夜間の活動でも処置が可能なLEDバックライト付きカラーディスプレイ付きであること。ディスプレイで圧迫深度、圧迫速度、バッテリー残量、処置時間の確認ができること。

1-1-3 劣悪な環境化でも使用できるよう、作動温度 -20 度～45 度 システムはIP54 以上準拠していること。

1-1-4 胸郭に適切にセッティングされているか容易に目視識別できるように、スタート・ストップボタンでセッティング状態のカラー表示通知がされること。

1-1-5 ボードがX線透過性カーボン素材であること。

1-1-6 個人差のある胸郭高さに対応できるよう 14～34cmまでの胸郭高に対応が可能なこと。

1-1-7 ランニングコストが軽減できるよう、スタンプ部はリユーズブルであること。

1-1-8 幅広い患者に対応が出来るよう 圧迫深度 2～6cm 圧迫速度 80～120 回(1分間) 処置モード 15:2、30:2、連続、3 種類のモードが選択できること。

1-1-9 バッテリーは満充電時、通常使用で約 60 分稼働出来ること。バッテリー本体に残量計を有すること。IP55 準拠であること。

1-1-10 ボード用ストラップは脱着が容易にできるようマグネット式であること。

1-1-11 搬送用キャリングケースは、バックパック、ハンドストラップ等で 2 ウェイ以上であること。キャリングケースに本体を収納した状態でも充電できる構造であること。

5 一般的条件について

- (1) 納入する機器は、全て未使用のものであること。
- (2) 納入するまでの間に装置の仕様変更やバージョンアップが生じた場合は、最新の仕様で引き渡すこと。
- (3) 入札対象物品と入替に撤去予定である当院既設の医療機器がある場合は、撤去費及び撤去後に伴う費用を含むものとする。

6 機器納入(設置)について

- (1) 機器を使用可能な状態に設定し、納入時に使用方法等の詳細な説明を行うこと。
- (2) 搬入時に用いた梱包用の段ボール箱等の不要物は、持ち帰り処分すること。
- (3) 落札決定後、当院の職員と連絡を取り、納入日時及び場所について調整を行うとともに、その指示に基づき遅滞なく納入すること。また、納入前にスケジュール表を作成して承認を得ること。
- (4) 搬入に必要な台車等の機材は納入業者が準備すること。また、床、壁面及び納入しようとする品目を傷つけることのないよう、搬入時には設置まで細心の注意を払うこと。
- (5) 当院の職員の指示に基づき、必要に応じ既存機器の移設等を行うこと。当該納入機器の搬入・設置費用及び稼働に必要な建築・電気工事等一式の費用は本件に含めるものとする。
- (6) 仕様書の記載事項で不明な点は、入札前に納入先職員に確認し、積算漏れがないようにすること。
- (7) 最低1年間の無償保証期間を設けるほか、機器のバージョンアップ等必要な情報を適示提供すること。
- (8) 不具合情報及び自主回収が発表された時は、直ちに病院へ報告し、迅速に対処すること。
- (9) 装置トラブルに備え、24時間、365日対応の緊急サービス窓口を設置していること。
- (10) その他不明な点は、事前に納入先に確認すること。

7 検収

本契約が定める全ての物品が受注者より納入後、仕様書に基づく検収を実施し、正常であることの確認をもって合格とする。

8 その他

- (1) 納入に伴う機器撤去、搬入、据付、調整等については、病院の診療業務に支障をきたさないよう納入場所の所属長または、担当者の設置の指示等を受け実施すること。